

法務部矯正署基隆看守所
牙科治療椅(台)及數位牙根尖洗片機
採購需求說明書

一、 案號：112-6

二、 履約(安裝)地點：基隆市信義區崇法街64號戒護區衛生科

三、 採購項目：

(一)項目名稱及規格、數量：

項目名稱	規格與功能說明	數量/單位	備註
牙科治療椅(台)	一、椅子載重:200KG 以上。 二、椅位最高 68cm 最低為 40cm、椅背仰角 10-80 度可調整，托盤上設有控制系統。 三、紫外線殺菌系統。 四、治療台為油壓式控制系統。 五、陶瓷痰盂，沖水器可拆式。 六、大燈(無影燈)。 七、治療椅腳踏控制(WATER、AIR) 開關 八、S-MAX 纖高速磨牙機組含快接 1 組。 九、PAN-AIR FX 機頭含接。 十、FX-205 慢速磨牙機頭組 1 組。 十一、三用噴槍 2 支。 十二、附吸唾系統(WATER. AIR) 各 1 組。 十三、附內裝洗牙機含 TIP 1 組。 十四、附醫師椅 1 張。	1 台	一、本招標案不允許大陸地區產品、服務或陸資廠商參與採購。 二、需附衛生署醫療儀器查驗登記許可證。
數位牙根尖洗片機	一、牙科攝影取專用主機含安裝操作軟體(含安裝，MS windows10 含以上)。 二、連接電腦接頭：USB2.0 (含) 以上或網路 RJ45 (DHCP)。	1 組	一、本招標案不允許大陸地區產品、服務或陸資廠商參

	<p>三、成人專用數位攝影片 4 片。</p> <p>四、基本專用數位攝影片套 400 個含以上。</p> <p>五、原廠膠片保護盒*1。</p> <p>六、牙科治療椅裝設看片螢幕*2 台（含連結線及安裝）。</p> <p>七、解析度：20 lp/mm 含以上尖數位片機*1。</p> <p>八、電壓：100-240V 交流電插頭。</p> <p>九、原廠操作與定期保養說明書（中文）。</p>		<p>與採購。</p> <p>二、需附衛生署醫療儀器查驗登記許可證。</p>
--	---	--	--

（三）舊機搬運：

廠商須負責舊機拆除後搬移至本所指定地點，所生之運送費用，由廠商與移撥接受之機關商議。

1、舊機位置：

- (1)戒護區衛生科。
- (2)舊機型式：請至現場勘查。

2、運送地點：接受移撥之機關。

3、運送費用：由廠商與移撥機關商議運費。

四、完成履約驗收合格日之日起，由廠商保固2年(不可抗力或不可歸責廠商除外)。

五、廠商報價前應至本所進行現場勘查安裝位置，對於機台搬運及安裝地點等事宜進行確認；如未勘查而得標者，視為同意本所訂定之規格、數量及需求，不得再就標單內容及項目辦理任何追加費用。

六、本案投標標價清單、投標須知、契約書及本需求說明書等均互為有效，遇有適用疑義等問題，依機關說明為主(表列規格明細亦同)

七、投標廠商對各項文件內容均應確實瞭解，決標後視同完全瞭解，日後不得以任何理由藉詞要求補貼及加價，廠商應依現場狀況安裝並

可與現有設備銜接整合使用，建議投標前先至現場勘查。

- 八、得標廠商需於交貨時檢附中文操作使用說明書及原廠證明文件1份(註明:產品機型、序號、出廠日期(需為距決標日起1年內所生產或出廠新品))。如為進口貨品，應另檢附原廠相關證明文件及海關進口證明文件。廠商於驗收合格後提供保固2年切結書1份。
- 九、得標廠商送貨時間須配合本所作息，需經本所同意後始可送貨安裝。
- 十、廠商請領契約價金時應提出出廠證明及保固證明文件。